Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Chrzanowie Sp. z o.o.
32-500 Chrzanów ul. Sokoła19
tel/fax.(32) 624 03 10 Dyrektor (32) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15

Chrzanów 2014-10-02

dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak ZLA-ZP-752w/26/14
/odpowiedź do SIWZ

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr 164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ.

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści w punkcie 2 specyfikacji aparatu EMG konfigurację wózka jezdnego nie posiadającego regulowanej wysuwanej szuflady na klawiaturę i mysz, oraz bez możliwości ukrywania przewodów wewnątrz konstrukcji wózka. Czy Zamawiający dopuści konfigurację wózka, gdzie monitor będzie zainstalowany w pozycji stojącej, a nie wiszącej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści w punkcie 2 specyfikacji aparatu EMG konfigurację wózka jezdnego nie posiadającego regulowanej wysuwanej szuflady na klawiaturę i mysz, oraz bez możliwości ukrywania przewodów wewnątrz konstrukcji wózka. Zamawiający dopuści konfigurację wózka, gdzie monitor będzie zainstalowany w pozycji stojącej, a nie wiszącej pod warunkiem trwałego mocowania monitora do blatu wózka.

Grażyna Skopińska
dyrektor ds. administracyjno-organizacyjnych