Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.
32-500 Chrzanów ul. Sokoła19
tel/fax.(32) 624 03 10 Dyrektor (032) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15

Chrzanów 2016-06-10

Postępowanie **ZLA-ZP-752w/8/16**

Dotyczy części IV:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 08.06.2016 r. i O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą: Dostawa sprzętu medycznego.

Działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z informacją przekazaną przez Wykonawcę MEDEN-INMED Sp. z o.o. 75-847 Koszalin ul. Wenedów 2 unieważnia się przeprowadzoną czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 08.06.2016r.

Informujemy, że w dniu 10.06.2016 r. do Zamawiającego wpłynęła od Wykonawcy MEDEN-INMED Sp. z o.o. 75-847 Koszalin ul. Wenedów 2 informacja o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego polegającej na wyborze oferty nie spełniającej wymogów Zamawiającego. W uzasadnieniu Wykonawca wskazał, iż zaoferowany przez Przedsiębiorstwo Handlowe HAS-MED. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała nw. sprzęt nie spełnia wymagań siwz:

Dla pozycji A „aparat do elektroterapii, terapii kombinowanej, terapii ultradźwiękowej oraz elektrodiagnostyki" nie posiada:

1. Prądów niskiej częstotliwości, dwukierunkowy, symetryczny (czas impulsu 10 - 650 µs, częstotliwość 1-150 Hz)
2. Prądu 2-biegunowegoy średniej częstotliwości
3. Prądu 4-biegunowego interferencyjnego (4000 Hz)
4. Prądu interferencyjnego tetrapolarnego ze zmiennym wektorem
5. Prądu NMES o przebieg prostokątnym
6. Wymiarów (szer. x wys. x dł.): 450 x 125 x 320 mm.
7. Masy: 8 kg.
8. Głowicy wieloczęstotliwościowej o częstotliwości pracy 1/3 MHz

Dla pozycji C „urządzenie do masażu podciśnieniowego" nie posiada:

1. Częstotliwości fali podciśnieniowej: 15 - 90 imp / min
2. Poboru prądu: max. 0,1 A.

3. Sygnalizacji wypełnienia zbiornika wodą.
4. Wymiarów: 335 x135x286 mm
5. Masy: 3,4 kg

W wyniku ww. informacji zostały powtórzone czynności oceny złożonych ofert, a tym samym unieważniony został dokonany dnia 10.06.2016 r. wybór Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowe HAS-MED. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała.

W związku z powyższym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami - zwanej dalej „ustawą Pzp") Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanów Sp. z o.o. zawiadamia, że w wyniku powtórzonej czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

MEDEN-INMED Sp. z o.o. 75-847 Koszalin ul. Wenedów 2 jedyna ważna oferta nie podlegająca odrzuceniu.:

Oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowe HAS-MED. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm..) - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
lek. med. Marek Bajdol

V-CE PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. administracyjno-organizacyjnych
mgr Grażyna Skorupska