

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.
32-500 Chrzanów ul. Sokoła19
tel/fax.(32) 624 03 10 Dyrektor (32) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15

Chrzanów 2019-07-19

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr 164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ.

Pyt. dot. Część I: Wanna do hydromasażu i masażu perełkowego – 1 szt.

1. Pkt. 1. – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wannę z 25 dyszami do masażu wirowego z funkcją napowietrzania strumieniem wody oraz 180 dyszami do masażu perełkowego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do zaoferowania wannę z 25 dyszami do masażu wirowego z funkcją napowietrzania strumieniem wody oraz 180 dyszami do masażu perełkowego

Pyt. dot. wzór umowy rehabilitacja

2. § 7 pkt 4 – Czy Zamawiający ze względu na rodzaj sprzętu, przygotowanego pod każdorazowe zamówienia, mocowanego na stał do podłoża oraz podłączonego na stałe do przyłączy wod-kanalizacyjnych zrezygnuje z wymogu wstawienia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni? Wymóg taki może również spowodować konieczność posiadania dodatkowych urządzeń w okresie gwarancji, co będzie skutkowało zwiększeniem ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu wstawienia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni.

3. § 7 pkt 4 - Czy Zamawiający zmieni zapis:

„Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; maksymalnie trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika” na następujący:

„Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany danego podzespołu na nowy; maksymalnie trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów umowy.

Sporządził:

REFERENT
d/s Zamówień Publicznych

Kellner
Konrad Kellner

Zatwierdził:

Jacek Bojdoł
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
lek. med. Jacek Bojdoł