

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Lecznictwa AmbulATORYJNEGO w Chrzanowie sp. z o.o.,

ul. Sokoła 19, 32-500 Chrzanów

zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn. „**Dostawa sprzętu medycznego do wyposażenia nowobudowanej Wielospecjalistycznej Przychodni Zdrowia przy ul. Pogorskiej w Chrzanowie**”

I. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro.
 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 poz.1843).
 3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ:
 - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 poz.1843), zwana dalej ustawą,
 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.1126).
- CPV: 33190000-8: Różne urządzenia i produkty medyczne
33191100-6: Urządzenia sterylizujące
33191000-5: Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
33165000-4: Przyrządy do kriochirurgii i krioterapii
33195000-3: System monitorowania pacjentów
33121500-9: Elektrokardiogram

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Cześć I - Sterylizator - 1 szt.

Cechy produktu:

- przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2019
- pojemność komory: 59-60 l
- klasa B zgodnie z normą EN 13060
- wbudowana drukarka i złącze USB
- szeroki zakres programów w klasie B i S w temperaturze 121°C i 134C
- zintegrowany system filtracji wody – odwrócona osmoza
- na wyposażeniu stojak i min. 4 tace, długość tacy nie mniej niż 55 cm.
- niskie zużycie wody: nie większe niż 3,5 l/cykl
- załadunek narzędzi nieopakowanych: nie mniej niż 15 kg
- załadunek narzędzi opakowanych: 6-7 kg
- mikroprocesorowe zarządzanie pracą autoklawu

- próżnia wstępna i próżnia frakcyjna wytwarzane pompą próżniową
- wytwornica pary podczas stanu "stand-by" nie jest pod ciśnieniem
- suszenie przy pomocy pompy próżniowej
- programy wyświetlane i wybierane na panelu
- akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów
- 3 programy sterylizacji oraz 2 programy kontrolne (Vacuum Test, Bowie&Dick)
- łatwa obsługa oraz menu w języku polskim
- w zestawie z szafką na autoklaw
- w zestawie demineralizator pozwalający uzyskać wodę o parametrach wymaganych przez oferowany sterylizator.
- gwarancja min 24 m-ce

Dane techniczne:

Normy: PN:EN 13060:2005

Zgłoszenie do UDT: TAK

Gwarancja: 24 miesiące

Język obsługi: polski

Rejestracja cykli: Drukarka wbudowana, złącze USB

Cykl dla opak. 134 Co + suszenie: 80 min

Cykl dla opak. 121Co + suszenie: 90 min

Sterylicacja wsadów typu: A i B (klasa B)

Wymiary komory: średnica/głębokość min. 355mm/605mm

Na wyposażeniu stojak i min. 4 tace

Nominalna pojemność komory: nie mniej niż 59l

Pojemność zbiornika na wodę: brak, zasilanie z demineralizatora

Wymiary urządzenia (d/s/w): 78 cm/68 cm/160 cm. Wysokość podana razem z szafką na demineralizator.

Zasilanie: 230 V; 16A

Pobór mocy: do 3,3 kW

Wykonawca w dniu dostawy dostarczy dokumentację:

- karta gwarancyjna
- opis techniczny
- instrukcje obsługi w języku polskim (ocena funkcjonalną i użytkową aparatu)

oraz zapewni instalację urządzenia i szkolenie pracowników medycznych w zakresie obsługi i eksploatacji przeprowadzone w dniu dostawy po zainstalowaniu urządzenia

Cześć II . Podblatowa myjnia do narzędzi stomatologicznych – 1 szt

Podblatowa myjnia do narzędzi stomatologicznych
Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2019
Komora nieprzelotowa, jednodrzwiowa
Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu stolik do za/rozładunku komory.
Maksymalne wymiary myjni (szer. x wys. x gł.) 570 x 830 x 580

Maksymalna pojemność komory – ok. 60l
Wymiary użytkowe komory (szer. x wys. x gł.) 400 x 380 x 500 mm ±5%
Urządzenie zasilane i ogrzewane elektrycznie
Zasilanie elektryczne 230[V], zasilanie w wodę 3/4" (możliwość podłączenia wody zimnej, ciepłej, demineralizowanej), odpływ kanalizacyjny 25[mm], maksymalna moc urządzenia 3.000W
Drzwi komory myjącej wykonane z hartowanego szkła
Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji, bez wystających śrub i innych wystających elementów, których mycie jest utrudnione.
Komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej klasy min. AISI 316L
Elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali kwasoodpornej klasy min. AISI 304
Myjnia wyposażona w wydajną pompę cyrkulacyjną o mocy 150W i wydajności min. 90l/min
Końcowe płukanie wodą uzdatnioną.
Trójstopniowy system mechanicznych filtrów wody zużytej
Myjnia wyposażona w kondensator pary
Myjnia wyposażona w dwa ramiona natryskowe umieszczone na suficie i dnie komory mycia
Ramiona w pełni demontowalne w celu ich czyszczenia
Dwie pompy detergentu, z możliwością określenia dozowania środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku.
Automatyczne odmierzenie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących
Kontrola poziomu środków chemicznych w zbiornikach.
Wbudowana w podstawę urządzenia szafka do przechowywania środków chemicznych pozwalająca na przechowywanie min. 2 pojemników po min. 5l każdy
Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego.
Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika.
Sterownik urządzenia wyposażony w system dotykowy z kolorowym wyświetlaczem LCD
Temperatura mycia i dezynfekcji regulowana w zakresie do 93°C
Moc elementów grzejnych min. 2,5kW
Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej.
Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym
Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej.
Liczba programów mycia –dezynfekcji minimum 40 (w tym 20 predefiniowanych i 20 do zaprogramowania przez użytkownika)
Suszarka z możliwością nastawiania temperatury i czasu. Wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny klasy min. HEPA H14
Maksymalna moc agregatu suszącego - 750W, przy minimalnej wydajności 100m³/h
Wbudowany port USB umożliwiający archiwizację za pomocą nośnika danych typu pendrive (dane w formacie umożliwiającym otworzenie na standardowym komputerze klasy PC – nie wymagające dodatkowego oprogramowania)
Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu – 52dB

Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).
Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1/2
Po okresie gwarancji producent prześle Zamawiającemu kody serwisowe do urządzenia
Okres gwarancji min 24 m-ce
Urządzenie może korzystać z detergentów i środków dezynfekcyjnych dostępnych ogólnie na rynku

Wykonawca w dniu dostawy dostarczy dokumentację:

- karta gwarancyjna
 - opis techniczny
 - instrukcje obsługi w języku polskim (ocena funkcjonalną i użytkową aparatu)
- oraz zapewni instalację urządzenia i szkolenie pracowników medycznych w zakresie obsługi i eksploatacji przeprowadzone w dniu dostawy po zainstalowaniu urządzenia.

Dostawa sprzętu do wyposażenia poradni ginekologiczno-położniczej:

Cześć III . Aparat do krioterapii ginekologicznej typu Cryo-S lub równoważny – 1 szt.

Parametry techniczne i eksploatacyjne:

1. Zasilanie - Aparat nieelektryczny
 2. Czynnik roboczy - Podtlenek azotu (N₂O), lub dwutlenek węgla (CO₂) w stalowych butlach ciśnieniowych
 3. Ciśnienie pracy w zakresie 3,5 ÷ 5 MPa
 4. Ciśnienie maksymalne – 5,5 Mpa
 5. Ciężar aparatu ok. 5 kg
 6. Aparat wyposażony w mobilną obudowę butli, przystosowaną do butli o pojemności 10 litrów
 7. Wskaźnik przepływu gazu przez sondę
 8. Manometr (wskaźnik ciśnienia pracy)
 9. Pokrętko regulacji ciśnienia gazu zasilającego sondę
 10. Pedał sterujący
 11. Możliwość podłączenia (i pracy) sond kriochirurgicznych dla różnych specjalności medycznych (np. ginekologia, dermatologia, flebologia).
 12. Okres gwarancji na oferowane urządzenie – min. 24 m-ce.
 13. Przeglądy:
 - pierwszy po trzech latach od zakupu urządzenia,
 - kolejne przeglądy co roku.
 14. Szkolenie personelu (certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) przez Oferenta
 15. Certyfikat CE, deklaracja zgodności
 16. Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat
 17. Instrukcja obsługi w języku polskim
 18. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony przez Oferenta.
- Naprawy serwisowe w okresie gwarancji i obowiązkowe przeglądy konserwacyjne w okresie gwarancji ,części zamienne do przeglądu konserwacyjnego bezpłatne w okresie gwarancji
19. Wyposażenie :
 - Sonda G20/RF – 1 szt.
 - Sonda G-10/24 RF – 1 szt.
 - Sonda G-70 RF- 1 szt

Wykonawca w dniu dostawy dostarczy dokumentację:

- karta gwarancyjna
- opis techniczny
- instrukcje obsługi w języku polskim (ocena funkcjonalną i użytkową aparatu) oraz zapewni instalację urządzenia i szkolenie pracowników medycznych w zakresie obsługi i eksploatacji przeprowadzone w dniu dostawy po zainstalowaniu urządzenia.

Część IV -Aparat KTG – 1szt

Dostawa kardiotorokografu 2w1 wraz ze stolikiem jezdny dwupółkowym.

Lp.	Wymagania i specyfikacja techniczna:
	Urządzenie nowe, rok produkcji 2019
1	Kolorowy ekran dotykowy LCD pochylany o przekątnej $\geq 12,1''$
2	Obsługa urządzenia przez ekran dotykowy i pokrętko
3	Współpraca z zaoferowaną centralą monitorującą oraz zaoferowaną telemetrią płodową
4	Metoda pomiarowa FHR Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny
5	Zakres pomiarowy US min 50-240 bpm (us)
6	Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu
7	Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego 1 MHz
8	Częstość powtarzania ≥ 2 kHz
9	Wartość natężenie emitowanej fali US ≤ 2 mW/cm ²
10	Wskaźnik jakości sygnału
11	Monitorowanie bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy Cardio
12	Komputerowa analiza zapisu KTG
13	Znacznik dla personelu
14	Wprowadzanie notatek
15	Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR (dotyczy monitorowania bliźniaków)
16	Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków)
17	Na wyposażeniu monitora przetwornik Toco 1 szt. i przetwornik Cardio 2 szt.
18	Monitoring parametrów matki: NIBP, MECG, TEMP, RESP, SPO2
19	Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US
20	Automatyczne aktywowanie podpiętego przetwornika
21	Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu
22	Wodoszczelność przetworników
23	Aparat wyposażony w funkcję monitorowania ciąży bliźniaczej
24	Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki
25	Automatyczne wykrywanie ruchów płodu
26	Zakresy wartości występowania alarmów FHR ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym
27	Zakresy opóźnień występowania alarmów ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym (min. 10 - 300 s)
28	Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco
29	Metoda pomiarowa Toco Tensometryczna
30	Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy
31	Zakres sygnału Toco 0÷100 %

32	Ustawienie linii podstawowej Toco
33	Automatyczna korekcja przesunięcia
34	Automatyczna korekcja zerowania
35	Możliwość współpracy z telemetrią płodową do ciąży bliźniaczej o zasięgu obu głowic cardio co najmniej 90m
36	Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie
37	Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min]
38	Duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) ≥ 15 mm/sek
39	Szerokość papieru 150mm
40	Wprowadzanie danych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie Qwerty.
41	Rozdzielczość wydruku ≥ 200 dpi
42	Alarm końca papieru
43	Kompaktowa obudowa
44	Wózek do aparatu z dolną półką na akcesoria oraz blokadą kół
45	Gwarancja min 24 m -ce

Wykonawca w dniu dostawy dostarczy dokumentację:

- karta gwarancyjna
- opis techniczny
- instrukcje obsługi w języku polskim (ocena funkcjonalną i użytkową aparatu)

oraz zapewni instalację urządzenia i szkolenie pracowników medycznych w zakresie obsługi i eksploatacji przeprowadzone w dniu dostawy po zainstalowaniu urządzenia.

Część V. Fotel ginekologiczny - 1 szt.

L.p.	Parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Parametr graniczny Tak/Nie
1	Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2019	
2	Długość całkowita leża w pozycji poziomej: <ul style="list-style-type: none"> • z segmentem podudzia - 1750 mm • bez segmentu podudzia - 1300 mm 	
3	Całkowita szerokość leża 745 mm	
4	Szerokość siedziska 570 mm	
5	Szerokość oparcia pleców 565 mm	
6	Regulacja wysokości siedziska: - (w pozycji fotelewej przy poziomym siedzisku) 560 do 860 mm	
7	Regulacja wysokości leża - (w pozycji poziomej) 780 do 1080 mm	
8	Kąt uniesienia oparcia pleców -10° do $+65^{\circ}$	
9	Zakres regulacji kąta siedziska -65° do $+5^{\circ}$	
10	Pozycja Trendelenburga 10°	
11	Pozycja anty-Trendelenburga 65°	
12	Zasilanie 230 V ~, 50/60 Hz	
13	Maksymalny pobór mocy 300 VA	

14	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym II	
15	Typ części aplikacyjnej B	
16	Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP X4	
17	Dopuszczalne obciążenie 200 kg	
18	Pojemność miski ginekologicznej 4l	
19	Konstrukcja nośna fotela pokryta lakierem proszkowym i obudowana osłonami z tworzywa ABS	
20	Podstawa mobilna z centralną blokadą układu jezdnego	
21	Regulacje wysokości fotela, niezależna regulacja kąta siedziska, zmiana kąta oparcia pleców jednoczesna z segmentem siedziska realizowane są siłownikami elektrycznymi na napięcie 24 V DC za pomocą sterownika nożnego	
22	Regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowana siłownikiem elektrycznym przy jednoczesnej zmianie kąta oparcia pleców i segmentu siedziska sterowana za pomocą sterownika nożnego na napięcie 24 V DC.	
23	Fotel posiada: bezszwową tapicerkę, miskę ginekologiczną ze stali nierdzewnej, rolkę papieru podkładowego, umieszczoną na uchwycie w zasobniku pod oparciem pleców, listwy do mocowania wyposażenia w siedzisku i oparciu pleców	
24	Podpórka stopy bez regulacji długości ramienia	
25	Okres gwarancji min. 24 m-cy	
Wykonawca w dniu dostawy dostarczy dokumentację		
1	karta gwarancyjna	
2	opis techniczny	
3	instrukcje obsługi w języku polskim	
4	Wykonawca zapewni instalację urządzenia i szkolenie pracowników medycznych w zakresie obsługi i eksploatacji przeprowadzone w dniu dostawy po zainstalowaniu urządzenia	

Część VI. Aparat do elektrokoagulacji - 1szt

ZASTOSOWANIE:

ambulatorium, sala zabiegowa, mała sala operacyjna, poradnia ginekologiczna, pracownia endoskopowa.

TRYBY PRACY:

- cięcie czyste
- cięcie koagulujące (z hemostazą),
- koagulację miękka,
- koagulacja forsowna
- koagulacja bipolarna.

Aktywacja zarówno pedałem(jedno- lub dwuprzyciskowym) jak i przyciskami na uchwycie.

Zmiany trybu pracy przyciskami na uchwycie lub na panelu sterującym.

DANE TECHNICZNE:

klasa bezpieczeństwa: I/CF

zasilanie: 230V50Hz

wymiary: 260 x 265 x 110mm (+/- 5 mm)

maksymalna moc cięcia czystego: 160W

Wyposażenie dodatkowe:

3 elektrody do ginekologii: kulka 6 mm, kulka 4 mm, półpętla LLETZ 10 mm

uchwyt do elektrod, wózek trójpółkowy.

Gwarancja min 24 –m-ce

Wykonawca w dniu dostawy dostarczy dokumentację:

- karta gwarancyjna
 - opis techniczny
 - instrukcje obsługi w języku polskim (ocena funkcjonalną i użytkową aparatu)
- oraz zapewni instalację urządzenia i szkolenie pracowników medycznych w zakresie obsługi i eksploatacji przeprowadzone w dniu dostawy po zainstalowaniu urządzenia

Część VII .Aparat EKG z końcówką spirometryczną

Dostawa aparatu EKG 12 kanałowego z przystawką spirometryczną oraz wózkiem

Specyfikacja techniczna

- automatyczna analiza i interpretacja
- praca w trybie Auto lub Manual
- sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych lub odprowadzenia Cabrera
- klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna
- kolorowy ekran dotykowy (5,7") umożliwiający łatwą obsługę aparatu
- prezentacja na ekranie przebiegów z 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG
- wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów (szerokość papieru: 112 mm)
- wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów bezpośrednio z aparatu na zewnętrznej drukarce: wydruk A4
- czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV
- prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s
- proste zakładanie papieru (Easy load)
- baza pacjentów i badań
- wewnętrzna pamięć 500 badań
- zapis badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB (PenDrive)
- detekcja złego podłączenia elektrody niezależna dla każdego kanału
- detekcja stymulatora serca
- ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu
- dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń
- cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego

- cyfrowy filtr pływania izolacji
- interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną, pamięcią USB - PenDrive)
- interfejs komunikacyjny LAN umożliwiający wysyłanie zapisów badań EKG oraz dokumentacji medycznej w formie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu na dowolną skrzynkę odbiorczą
- zasilanie sieciowo-akumulatorowe
- sygnalizacja stanu naładowania akumulatora
- menu wyświetlane na ekranie
- konfiguracja wyglądu i kompozycji ekranu
- konfiguracja ustawień aparatu oraz panelu sterowania
- współpraca z oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami EKG - CardioTEKA
- wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu
- wymiary (D x S x W): 258x199x50 mm
- możliwość wykonania badania spirometrycznego przy zastosowaniu przystawki
- czas reakcji serwisu max. 24 godzin od momentu zgłoszenia
- okres gwarancji min. 24 m-ce.

Wykonawca w dniu dostawy dostarczy dokumentację:

- karta gwarancyjna
 - opis techniczny
 - instrukcje obsługi w języku polskim (ocena funkcjonalną i użytkową aparatu)
- oraz zapewni instalację urządzenia i szkolenie pracowników medycznych w zakresie obsługi i eksploatacji przeprowadzone w dniu dostawy po zainstalowaniu urządzenia

1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 7 części.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z tzw. procedury odwróconej (art.24 a ustawy pzp)
3. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia **zamówień uzupełniających** stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.

III. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do trzech tygodni od daty podpisania umowy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu,

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu,
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 - o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spełni warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

c) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego :

a/zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b/zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaze zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców

2. Wykluczenia.

2.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia,
- 2) wykonawcę będącego osobą fizyczną którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a/którym mowa w art.165a, art.181-188, art.189a,art.218-221,art.228-230a, art.250a, art.258 lub art.270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r – Kodeks karny (Dz. U. poz.553, z późn. zm.) lub art.46 lub art.48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie (Dz. U z 2016 r poz.176),
 - b/o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.115 par.20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r –Kodeks karny,
 - c/skarbowe
 - d/o których mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r o skutkach

- powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U 2012.poz.769);
- 3) wykonawcę jeżeli członka jego zarządzającego organu zarządzającego lub nadzorczego , wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej albo komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo o którym mowa w pkt.13;
 - 4) wykonawcę , wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 5) wykonawcę ,który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji , że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i nie dyskryminacyjne kryteria ,zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 - 6) wykonawcę , który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego ,mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące mu dać przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 8) wykonawcę , który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik , a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług , brał udział w przygotowaniu takiego postępowania ,chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
 - 9) wykonawcę ,który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzieleniu zamówienia , co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 - 10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym ,wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r poz.1212,1844 i 1855 oraz z 2016 r .poz.437 i 544);
 - 11) wykonawcę wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 12) wykonawców , którzy należą do tej samej grupy kapitałowej , w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz. U.2017 poz229) , złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , chyba że wykażą , że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia.

Uwaga: Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

V Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od wszystkich Wykonawców , które należy złożyć wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia , że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – **załącznik nr 3**,
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – **załącznik nr 2**,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie się ubiegających.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności braku podstaw do wykluczenia:

- a/ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- b/ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu, o którym mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- c/ Jeżeli w kraju którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa wyżej , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji , lub oświadczenie osoby ,której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- d/ W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w ppkt.a-c, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
- e/ W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów o

których mowa w ppkt. a-c ,które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego , w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art.25 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy Pzp, korzysta, z posiadanych oświadczeń i dokumentów o ile są aktualne.
f/ na żądanie Zamawiającego ,Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy oraz wskaże w ofercie wykonanie części zamówienia przez podwykonawcę, zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu w odniesieniu do tych podmiotów i podwykonawców ich oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

VII. Inne dokumenty, których Zamawiający będzie wymagał w toku postępowania.

- a/ pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , w przypadku gdy nie wynika ono z wpisu do KRS lub wpisu do CEIDG – **należy złożyć wraz z ofertą,**
- b/ pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie - **należy złożyć wraz z ofertą,**
- c/ listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 albo informacje, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – **załącznik nr 5- należy złożyć bez wezwania Zamawiającego w terminie 3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.zla-chrzanow.pl informacji podanych w dniu otwarcia ofert zgodnie z art.86 ust.5 Ustawy Pzp.
Informację należy złożyć w sekretariacie ZLA w Chrzanowie sp.z o.o 32-500 Chrzanów ul.Sokoła19 II piętro
- d/ Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta , że dany produkt posiada zaświadczenie o rejestracji wyrobu w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych
- e/ . Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta, że dany produkt posiada Deklarację zgodności CE lub inne dokumenty ważne dla danych wyrobów (zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi)

Uwaga:

1. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.
- 2.Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez Wykonawcę.
- 3.Dokumenty przedłożone w formie kopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art.22a Ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r- Prawo Pocztowne (Dz.U.poz.1529 oraz z 2015r poz.1830), osobiście , za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (adres e-mail: **zam.pub@zla-chrzanow.pl**), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Nr faksu Zamawiającego: 32 624 22 11 wew.53
3. W przypadku, gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną należy wskazać dokładny adres i nr telefonu oraz faksu, pod który Zamawiający będzie mógł przysyłać korespondencję.
4. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są:
Konrad Kellner tel 32 623 22 11 wew. 53
Informacji udziela się od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.30
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem ,że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku , o którym mowa w VII lub dotyczy udzielonych wyjaśnień , Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

IX. Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Oferta winna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznie - czytelnie.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia.
6. W ofercie Wykonawca winien skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia.

7. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów działających wspólnie. Wykonawcy działający wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako pełnomocnika pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane- pełnomocnictwem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców.
8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ.
9. Oferta powinna być sporządzona według formularza oferty dołączonego do SIWZ.
10. Do oferty Wykonawca musi dołączyć, komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami SIWZ.
11. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z SIWZ lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku korekty powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (pełnomocnika) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
12. Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się:
 - a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych;
 - b) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy oryginał pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w formie kopii potwierdzonej notarialnie musi być dołączony do oferty.
13. Zaleca się ponumerowanie każdej strony oferty i złączenie w sposób uniemożliwiający wy-sunięcie się którejkolwiek ze stron.
14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej według wzoru:
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Sp. z o.o., 32-500 Chrzanów, ul. Sokoła 19
Oferta na przetarg nieograniczony Pn: „Dostawa sprzętu medycznego do wyposażenia nowobudowanego Wielospecjalistycznej Przychodni Zdrowia przy ul. Pogorskiej w Chrzanowie. Nie otwierać przed dniem 28.10.2019 godzina 10.30”
Koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było ją odesłać w przy-padku stwierdzenia opóźnienia w jej złożeniu.
15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Koperta zawierająca informację o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinna być oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Powiadomienie musi być zło-żone według tych samych zasad jak składana oferta.
16. Każda oferta zostanie zarejestrowana i otrzyma swój numer.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Sokoła 19, 32-500 Chrzanów, pokój nr 43 (sekretariat) w terminie do dnia **28.10.2019 r.** do godziny 10.00

2. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu **28.10.2019** o godzinie **10.30** w siedzibie Zamawiającego – Administracja II piętro

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) z uwzględnieniem wszelkich rabatów, upustów, itp., których Wykonawca zamierza udzielić.
2. W przypadku zwolnienia z podatku VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument potwierdzający zwolnienie.
3. Wszelkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. W przypadku, gdy wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert i jego wag:
 - a) Cena - waga 100% obliczona wg następującego wzoru:
$$\text{punkty ceny badanej oferty} = (\text{cena najniższa} / \text{cena badanej oferty}) \times 100 \text{ pkt}$$

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców o:
 - a/ wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę

albo miejsce zamieszkania i adres , oraz nazwy albo imiona i nazwiska ,siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców ,którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację ,

b/wykonawcach którzy zostali wykluczeni,

c/wykonawcach ,których oferty zostały odrzucone , powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach o których mowa w art.89 ust.4 i 5 Pzp, braku równoważności lub funkcjonalności,

d/ o unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający udostępni informacje zawarte w pkt.1 .a/ i d/ na stronie internetowej

www.zla-chrzanow.pl

2.Wykonawca którego oferta zostanie wybrana , zostanie oddzielnie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.

3.Przed podpisaniem umowy Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi Zamawiającemu dokument z którego będzie wynikać uprawnienie do podpisania umowy np. aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG , odpis KRS.

4.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych ofert.

5.Wykonawca ,którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza , będzie zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym umowy ,której projekt stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

XVI. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII . Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r poz 1843).

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności , do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.Jezeli wartość zamówienia jest zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11ust.8 , odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności :

1/wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę

2/określenia warunków udziału w postępowaniu;

3/wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4/odrzućenia oferty odwołującego;

5/opisu przedmiotu zamówienia;

6/wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób inny – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ,
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu , a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ , wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ , na stronie internetowej -jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ,
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 , w terminie 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ , Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XVIII. Zakres dopuszczalnych przez Zamawiającego zmian postanowień umowy.

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 1. Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych ,które określają ich zakres , w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzania zmian,
 2. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interpelacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego

- b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

3. Zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
- b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

4. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

- a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 1,
- b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- c) w wyniku przejścia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy wobec jego podwykonawców,

5. Zmiany niezależnie od ich wartości nie są istotne w rozumieniu ust. 1 e ustawy Pzp.

6. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie.

2. Zmiany w umowie dotyczyć mogą również:

1. Zmiany wynikające ze zmiany podatku od towarów i usług (VAT) lub innych podatków
Zmiany w treści umowy o których mowa w **XVII.1 i XVII.2** wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone w przypadku gdy strony zgodnie uznają, że zaszły wskazane powyżej okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

Chrzanów dnia 15.10.2019

Zatwierdził:
lek. med. Jacek Bojdoł
Prezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający