

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.

32-500 Chrzanów ul. Sokoła 19

tel./fax. (32) 624 03 10 Dyrektor (32) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000444059

NIP: 6282259231, Kapitał zakładowy 11 527 000,00 PLN

Chrzanów 2019 -10-16

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. działając na podstawie art.38 ust.1i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz.1986) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ.

Pytanie do pakietu nr IV

Czy Zamawiający dopuści aparat KTG o poniższej specyfikacji:

KARDIOTOKOGRAF	
1.	Kardiotokograf przeznaczony do monitorowania ciąży bliźniaczej i pojedynczej
2.	Wyświetlacz z trybem prezentacji graficznej i liczbowej dla tętna płodu i skurczów macicy
3.	Możliwość wyświetlenia tylko wartości liczbowych dla tętna płodu i skurczów macicy
4.	Wbudowany ekran dotykowy 7"
5.	Klawisze funkcyjne do szybkiej obsługi podstawowych funkcji aparatu
6.	Monitorowanie nieinwazyjne tętna płodu poprzez ultradźwiękowy doppler pulsacyjny
7.	Przetworniki tętna płodu ultradźwiękowe
8.	Częstotliwość pracy 1,0 MHz
9.	Moc ultradźwięku fali US $\leq 10,0(\text{mW}/\text{cm}^2)$
10.	Funkcja przesunięcie wykresu tętna płodu dla monitoringu dwóch płodów
11.	Zakres pomiarowy tętna płodu 50-210 bpm
12.	Dokładność pomiaru tętna płodu: ± 1 dla normatywnego przedziału częstotliwości pracy serca płodu
13.	Pomiar nieinwazyjny tętna płodu w trybie PWD (metoda doplerowska impulsowa)
14.	Zerowanie pomiaru skurczów macicy (TOCO) automatyczne i manualne
15.	Zakres pomiarowy skurczów macicy w przedziale 0-100 %
16.	Alarm dźwiękowy i wizualny tachykardii i bradykardii
17.	Personalizacja poziomów alarmów odnoszące się do stanu zdrowia pacjentki i płodu
18.	Manualne oraz automatyczne monitorowanie ruchów płodu z możliwością wydruku wykresu
19.	Znacznik ruchów płodu zaobserwowanych przez pacjentkę

20.	Możliwość zaznaczenia przez personel medyczny oraz wydruku zdarzeń medycznych (podanie znieczulenia, badanie ginekologiczne, OCT)
21.	Opcja podpięcia stymulatora
22.	Funkcja pomiaru z automatycznym czasem zapisu (długości badania) -NST- do wyboru: wył, lub 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 min
23.	Rejestracja i wydruk daty, godziny, informacji o pacjentce (imię, nazwisko)
24.	Wydruk pełnej analizy zapisu kardiogramu w j. polskim z uwzględnieniem nieznacznej zmiany czasu cyklu pracy serca oraz procentowej utraty sygnału
25.	Personalizacja notatek przez personel medyczny
26.	Możliwość przechowywania, podglądu oraz wydruku badań w pamięci – min. 140 badań 30-mniutowych
27.	3 tryby podglądu na ekranie zapisanego badania w krokach co 6 s, 1 min, 10 min.
28.	Możliwość szybkiego wydruku, bezpośrednio z aparatu, badania zapisanego w pamięci
29.	Wieloformatowy wydruk zapisu
30.	Wydruk na papierze termoczułym w formacie A4
31.	Wydruk siatki wykresu na gładkim papierze
32.	Możliwość zapisu na nośniku elektronicznym poprzez wejście USB w formacie JPG
33.	Producent zapewnia dostępność dedykowanej centrali monitorującej z możliwością podłączenia aparatu w późniejszym czasie
34.	Wyposażenie: głowica do pomiaru skurczów macicy, 2 głowice do pomiaru tętna płodu, znacznik ruchów płodu, stojak do aparatu, 3 pasy mocujące, 2 rolki papieru, żel, akumulator Li-on, instrukcja w języku polskim

Odpowiedź:

Zamawiający planuje zakup sprzętu o parametrach określonych w SIWZ.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
lek. med. Jacek Bojdoł

